

物品機能等証明書

令和 年 月 日

1 納入予定物品機器構成

品名	メーカー名	規格
ドラフトチャンバー装置一式		

2 仕様

要件	供給する機種の仕様
1. ドラフトチャンバー装置一式	
(1) 外寸法は幅1700～1800mm、奥行800～1000mm、高さ2200～2500mm内であること。	
(2) 内寸法は幅1600～1700mm、奥行600～700mm、高さ1100～1200mm内であること。	
(3) 外装は鋼板製、耐薬品性粉体塗装であること。	
(4) 内装はノンアスベスト不燃材であること。	
(5) 作業面は陶製一体成型品で釉薬仕上げであること。	
(6) 給排水は給水栓及び排水口を作業面に各々1個以上有すること。	
(7) 前面扉	
ア 前面ガラス及び固定ガラスは強化ガラス製であること。	
イ バイパスガラスは強化ガラス飛散防止フィルム貼りであること。	
ウ バランスウエイト式であること。	
(8) スクラバーユニットはユニット主材及びボチュームダンパは硬質塩化ビニールであること。	
(9) エアフォイルを装備していること。	
(10) 作業面の耐荷重が150kg以上であること。	
(11) LED照明装置を有し、取り替えが容易にできること。	
(12) AC100V15Aコンセントを1個以上有すること。	
(13) 排風機	
ア ドラフトチャンバー付近の天井裏に施行し固定し設置すること。	
イ 材質は羽根車ならびにケーシングの素材はFRPP製であること。	
ウ 駆動方式は直動方式とすること。	
(14) 安全機構	
ア 運転時における排気風量の監視システムを装備していること。	
イ 前面扉落下防止ストッパを有すること。	
ウ 作業時に前面扉が400mm以上開かないようストッパを有すること。	
エ 照明部ガラスは網入りガラス製であること。	
オ パーテーションは壁の厚さ40mm以内、奥行1670mm、床から天井までの高さであること。	
カ パーテーションは耐熱性であること。	
オ 洗浄部の液詰まり検知機能を有すること。	
2. 保守	
(1) 本装置一式の保証期間は、納入検査完了後1年とし、保証期間中に生じた故障や不具合については、納入者の負担により速やかに修理、または交換すること。	
(2) 修理等担当者が道内に在住し、故障及び修理等に速やかな対応が可能であること。	
5. その他	
(1) 物品の搬入据付等の日時については、納入先と打ち合わせし、その指示に従うこと。	
(2) 機器本体、付属品及び付帯設備は、全て未使用品であること。	
(3) 機器の据付、正常動作のための調整確認後、オホーツク総合振興局保健環境部北見地域保健室(以下、「北見地域保健室」という。)職員に対して、機器の操作及び保守管理に必要な技術指導を行った上で、機器を引き渡すこと。	
(4) 機器の搬入、据付、調整に当たっては、安全管理に万全を期することとし、北見域保健室は、発生した事故等の責任を負わないこと。	
(5) 搬入、据付、配線、配管、調整、その他の工事を必要とする場合など、使用可能な状態になるまでの一切を納入者の負担で行うこと。	
(6) 搬入、据付、調製に伴い障害(建物等の破損、機器の破損等)が発生した場合は、北見地域保健室に協議の上、納入者の責任において直ちに修理交換を行うこと。	
(7) 装置一式は、令和5年(2023年)6月1日までに設置し使用可能であること。	
(8) 契約期間の終了又は解除の際の装置の返却は、納入者の負担で行うこと。	